



Wieliszew, dnia 4 marca 2022 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę sprzętu do rehabilitacji onkologicznej do Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego nr postępowania 2/2022.

Mazowiecki Szpital Onkologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku ze skierowanymi przez Oferentów pytaniami do zapytania ofertowego w ramach postępowania nr 2/2022, wyjaśnia, co następuje:

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – PROJEKT UMOWY

§ 7 pkt. 4

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy usterki z 7 dni roboczych do 14 dni roboczych dla produktów produkcji polskiej oraz 21 dni roboczych dla produktów zagranicznych?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający, oświadcza, że modyfikuje zapis § 7 pkt. 4 projektu umowy w następujący sposób:

„Jeżeli w trakcie gwarancji dojdzie do awarii, ujawnienia się wady lub usterki Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia dla Przedmiotu zamówienia produkcji polskiej oraz 21 dni roboczych od zgłoszenia dla Przedmiotu zamówienia produkcji zagranicznych o ile naprawa wymaga sprowadzenia części z zagranicy.”

§ 7 pkt 5.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie Zamawiającemu egzemplarza zastępczego przedmiotu umowy na czas trwania naprawy dłuższej niż do 14 dni roboczych dla produktów produkcji polskiej oraz 21 dni roboczych dla produktów zagranicznych, licząc od dnia zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający, oświadcza, że modyfikuje zapis § 7 pkt. 4 projektu umowy w następujący sposób:

„W przypadku powstania awarii, ujawnienia wady lub usterki w okresie gwarancji, Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu egzemplarz zastępczy Przedmiotu umowy, którego dotyczy awaria/wada/usterka (o parametrach i jakości nie gorszych jak Przedmiot zamówienia) na czas trwania naprawy dłuższej niż w terminach określony w ust. 4 powyżej.”

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II - Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego



PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści komputer klasy PC z systemem operacyjnym Linux co nie powoduje pogorszenia parametrów ?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści przycisk z funkcją zatrzymania przy danym urządzeniu co jest bezpieczniejsze dla pacjenta i szybsze do wykonania ?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza przycisk z funkcją zatrzymania przy danym urządzeniu.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści zamiast portów LAN połączenie stacji centralnej z urządzeniami bezprzewodowo co jest nowocześniejszym rozwiązaniem eliminującym przede wszystkim fizyczność kabli ?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zamiast portów LAN połączenie stacji centralnej z urządzeniami bezprzewodowo.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści oprogramowanie generujące raporty postępów w formie plików tylko .pdf ?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza oprogramowanie generujące raporty postępów w formie plików tylko .pdf.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści urządzenie do testów IPN wyłącznie na ergometrze pionowym ?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza urządzenie do testów IPN wyłącznie na ergometrze pionowym.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści urządzenia klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego ale nie w wersji jednego z pięciu poziomów tylko na podstawie napisanego programu dla urządzeń, które pomagają terapeutom podejmować lepsze decyzje terapeutyczne i motywują pacjentów na drodze do odzyskania pełnej sprawności. Pełni też funkcję narzędzia do zarządzania raportując ilość i jakość działań podejmowanych przez instruktorów i pacjentów, a wszystko to online i w czasie rzeczywistym ?



ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza urządzenia klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego ale nie w wersji jednego z pięciu poziomów tylko na podstawie napisanego programu dla urządzeń, które pomaga terapeutom podejmować lepsze decyzje terapeutyczne i motywuje pacjentów na drodze do odzyskania pełnej sprawności. Pełni też funkcję narzędzia do zarządzania raportując ilość i jakość działań podejmowanych przez instruktorów i pacjentów, a wszystko to online i w czasie rzeczywistym.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści rower bez regulacji wysokości ?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści połączenie z komputerem bezprzewodowo co jest nowocześniejszym rozwiązaniem eliminującym przede wszystkim fizyczność kabli ?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza połączenie z komputerem bezprzewodowo.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści zamiast steppera crosstrainer (inaczej orbitrek, rower eliptyczny, który poprzez swoją budowę mobilizował przy pracy z pacjentem oprócz nóg jednocześnie ręce ?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zamiast steppera crosstrainer (inaczej orbitrek), rower eliptyczny.

Justyna Świeżek
Prezes Zarządu

/dokument podpisany elektronicznie/